



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.390
VÁLIDO

Validade: 27/05/2029

Nº. do Processo: 19966.203833/2024-26

Produto: Importado

Equipamento: LUVA CIRÚRGICA

Descrição: Luva cirúrgica, tipo 1, confeccionada de borracha natural, texturizada nos dedos e na palma, com as demais partes lisas, anatômica, dedo curvo, estéril, com pó. Marca: MAXITEX.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na embalagem do produto.

Referências: LUVA CIRÚRGICA - MAXITEX.

Tamanhos: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5, 9.

Cores: Natural.

Normas técnicas: ISO 10282:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade: CE-LVL/ICEPEX-I 00325-33-1

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 12.936.659/0001-33 **CNAE:** 4645 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

Endereço: ANTONIO HEIL 1001 KM 01 ARMZ G10 MODULO B E C

Bairro: ITAIPAVA

CEP: 88316001

Cidade: ITAJAI

UF: SC